



ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO (ATE)				DESCRIÇÃO DO ÂMBITO ACREDITADO					Responsável Técnico [d]
ATE Nº Localização [a]	Edição Nº	Linha Nº	Âmbito (resumo)	Instrumento de Medição / Padrão	Gama de Medição	Melhor incerteza	Método Doc.normativo e versão	Categoria Locais [c]	
M0046-1 Oeiras	30	54.1	Momento	Ferramentas dinamométricas	0,04 N.m ≤ M < 0,1 N.m	(0,022 x M) N.m	PO.M-DMFOR 016: Rev.01 EN ISO 6789-2: 2017	2	Januário Torre
		54.2			0,1 N.m ≤ M < 10 N.m	(0,019 x M) N.m			
		54.3			10 N.m ≤ M < 1000 N.m	(0,013 x M) N.m			
		54.4			1000 N.m ≤ M ≤ 1500 N.m	(0,012 x M) N.m			
M0046-1 Oeiras	30	54.5	Momento	Ferramentas dinamométricas	1500 N.m < M ≤ 2500 N.m	(0,012 x M) N.m	PO.M-DMFOR 016: Rev.01 EN ISO 6789-2: 2017	0	Januário Torre
M0046-2 Grijó	20	15.1	Momento	Ferramentas dinamométricas	0,04 N.m ≤ M < 0,1 N.m	(0,022 x M) N.m	PO.M-DMFOR 016: Rev.01 EN ISO 6789-2: 2017	0	Januário Torre
		15.2			0,1 N.m ≤ M < 10 N.m	(0,019 x M) N.m			
		15.3			10 N.m ≤ M < 1000 N.m	(0,013 x M) N.m			
		15.4			1000 N.m ≤ M ≤ 1500 N.m	(0,012 x M) N.m			
M0046-1 Oeiras	30	55.1	Momento	Instrumentos de medição de momento	0,02 N.m ≤ M < 0,04 N.m	(0,085 x M) N.m	PO.M-DMFOR 017: Rev.01	2	Januário Torre
		55.2			0,04 N.m ≤ M < 0,1 N.m	(0,021 x M) N.m			
		55.3			0,1 N.m ≤ M < 10 N.m	(0,019 x M) N.m			
		55.4			10 N.m ≤ M < 1000 N.m	(0,013 x M) N.m			
		55.5			1000 N.m ≤ M ≤ 1500 N.m	(0,012 x M) N.m			
M0046-1 Oeiras	30	55.6	Momento	Instrumentos de medição de momento	1500 N.m ≤ M ≤ 2500 N.m	(0,012 x M) N.m	PO.M-DMFOR 017: Rev.01	0	Januário Torre
M0046-2 Grijó	20	16.1	Momento	Instrumentos de medição de momento	0,04 N.m ≤ M < 0,1 N.m	(0,021 x M) N.m	PO.M-DMFOR 017: Rev.01	0	Januário Torre
		16.2			0,1 N.m ≤ M < 10 N.m	(0,019 x M) N.m			
		16.3			10 N.m ≤ M < 1000 N.m	(0,013 x M) N.m			
		16.4			1000 N.m ≤ M < 1500 N.m	(0,012 x M) N.m			

**NOTAS:**

**[a] Morada das instalações permanentes abrangidas pelo ATE**

**Oeiras:** Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33, Taguspark - Oeiras. 2740-120 Porto Salvo. Portugal

**Grijó:** Rua do Mirante nº 258. 4415-491 Grijó. Portugal

**[b] Categorias de Locais onde as calibrações podem ser realizadas**

0 - calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório

1 - calibrações realizadas fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis

2 - calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

**[c] Responsável pela aprovação técnica dos métodos a incluir na Lista de Calibrações sob Acreditação Flexível**